

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Data 25 luty 2014 Numer W-2014-02-140 Strona 2 z 2

WYNIKI WZORCOWANIA Wyniki przeprowadzonego wzorcowania przedstawiono poniżej:

Stan techniczny dobry
Uwagi dotyczące stanu brak

Punkt pomiarowy	Wartość wzorcowa Ww	Wskazanie przyrządu wzorcowanego Wp	Błąd wskazania Wp-Ww	Niepewność pomiaru	Jednostka
1	2,0	2,03	0,03	-0,06	°C
2	10,0	9,90	-0,10	-0,30	°C
3	20,0	19,33	-0,67	-0,38	°C

Podane wartości temperatury odnoszą się do Międzynarodowej Skali Temperatury z 1990 r. (MST-90).

AUTORYZACJA

Artur Kopa
Kierownik laboratorium