

Paszport zestawu do monitorowania temperatury Efento

Producent systemu: Efento Sp. J., Kraków, ul. Krupnicza 14/5 tel. 574-753-980

Użytkownik:

.....

Numer seryjny czujnika

Data wprowadzenia do użytkowania

Data pierwszego wzorcowania

1. Producent dokonał przedsprzedażnego przeglądu technicznego urządzenia.
2. Producent zaleca przeglądy i wzorcowanie w okresach: co dwa lata, a także po awarii systemu.
3. Nie wymagane są prace konserwacyjne. Stosować procedury dezynfekcji w okresach przewidzianych dla lodówki. Powierzchnię czujnika przecierać szmatką z środkiem dezynfekującym, nie dopuszczać do zalania.

Osoba odpowiedzialna za przestrzeganie procedur związanych z pracą urządzenia

.....

Rodzaj zdarzenia (awaria, przegląd). Przy awarii podać opis	Data	Dopuszczono do dalszej eksploatacji?	Podpis osoby upoważ.

